



REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o.

32-800 Brzesko ul. Solskiego 13

LABORATORIUM BADANIA WODY

Lukanowice 152 32-830 Wojnicz

tel/fax: 14 628 72 65

e-mail: suwlukanowice@wp.pl <http://www.rpwikbrzesko.com.pl>

SKRÓCONA INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ PRZEZ KLIENTA

Naczynia i objętość próbki:

1. Badania fizyko- chemiczne:

- pojemnik szklany lub plastikowy, dokładnie umyty i wypłukany – objętość próbki około 2l (podstawowe parametry), osobny pojemnik
- poj. 500ml (w przypadku oznaczania metali w próbce).

2. Badania mikrobiologiczne:

- sterylne butelki szklane z szeroką szyjką o poj.500ml – **1 butelka na 1 próbę do odbioru w Laboratorium Badania Wody w Łukanowicach.**
- w przypadku badania wody po chlorowaniu – butelka na próbę zawiera środek inaktywujący (tiosiarczan sodu)

Sposób pobrania:

1. Przed rozpoczęciem pobierania należy zdjąć z kranu wszelkie urządzenia.
2. Wyszorować kran szczoteczką z mydłem i opłukać wodą.
3. Do badań mikrobiologicznych należy **wysterylizować** wylot metalowego kranu, opalając chwilę płomieniem (nawinąć watę lekko skropioną spirytusem na szczypcę i zapalić).
4. Prze pobraniem odpuszczać przez **2-3 minuty wodę**. Strumień wody powinien być swobodny i średni.
5. Pobranie rozpocząć od próbek do badań mikrobiologicznych.
6. Pobieranie próbek mikrobiologicznych:

- **nie wolno dotykać korka i szyjki butelki**
- usunąć papierowy pasek znajdujący się pod korkiem tak, aby nie wpadł do środka
- napełnić butelkę wodą pozostawiając około **3 cm** powietrza
- zapakować w papier

7. Pobieranie próbek fizyko-chemicznych:

- napełnić całkowicie naczynie wodą (bez pęcherzyka powietrza pod korkiem) i szczelnie zamknąć

Postępowanie z próbkami:

1. próbki należy transportować w chłodnym, izolowanym pojemniku. próbki nie powinny być wystawiane na światło słoneczne. Należy je dostarczyć do Pracowni w czasie jak najkrótszym, w tym samym dniu, w którym nastąpiło pobranie wody.

LABORATORIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POBÓR I WARUNKI TRANSPORTU PRÓBKÍ POBRANEJ PRZEZ KLIENTA.